MFTW-15

# Masque de procédure à fenêtre – Blanc

## Testé ASTM F2100 Niveau 1
## Certifié GB2626-2006

**15 unités**
**40 boîtes/caisse**

Le masque de procédure à fenêtre offre une protection de base pour les activités à faible risque associées à de la poussière très légère, de l'humidité et des éclaboussures. Les plis du masque permettent d'augmenter la surface pour faciliter la respiration. Sa fenêtre vous permet de voir les expressions faciales afin de rendre la communication plus naturelle, humaine et accessible. Il est idéal pour la communication avec les malentendants, les enfants, les personnes âgées et plus encore.



Idéal pour les domaines de la restauration, l'alimentation, la construction, l'éducation et pour les usages généraux.

| Méthode de test | Description | Exigence | Résultats |
|---|---|---|---|
| ASTM F2100-19 | Efficacité de la filtration bactérienne (BFE) | ≥ 95% @ 3.0 micron | 99.9 % |
| ASTM F2100-19 | Pression différentielle | < 4.0 mm $H_2O$ | 3.05 mm $H_2O$ |
| ASTM F2299 | Filtration particules submicroniques (PFE) | ≥ 95% @ 0.1 micron | 99.6 % |
| ASTM F1862/F1862M-17 | Résistance aux éclaboussures | 80 mm Hg | 80 mm Hg |
| 16 CFR Part 1610 | Propagation de la flamme | Catégorie 1 | Catégorie 1 |

| | |
|---|---|
| **Matériel** | 4 plis, PET, Polypropylène MBPP 70% et MBPP 30% |
| **Description** | Non stérile et hypoallergénique |
| **Couleur** | Blanc |
| **Fixations auriculaires** | Bandes élastiques confortables en Polyester et Spandex |
| **Dimensions** | Masque : 15,5 cm x 10,5 cm \| Fixations auriculaires : 20 cm |
| **Conservation** | Entreposer dans un lieu frais, propre et sec. Éviter les excès de chaleur (Max. 40°C). |
| **Date d'expiration** | 3 ans suivant la fabrication |
| **Lieu de fabrication** | Chine |

go zero
recycling program
programme de recyclage
medsupmedical.com/gozero